Numer zapytania	Z13/44/1
Tytuł zapytania	Dostawa chromatografu cieczkowego z detektorem mas
Kupiec prowadzący:	Jagodziński, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Jagodziński, Marcin
Data złożenia:	2026-11-04 22:06:19
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-04 22:07:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-09 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-09 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

1. Przedmiotem zamówienia sektorowego jest dostawa fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2026 r. chromatografu cieczowego sprzężonego z detektorem w postaci spektrometru mas typu potrójnego kwadrupol (LC-MS/MS) – zwanego dalej urządzeniem, posiadającego wyposażenie i parametry opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz jego późniejsze posadowienie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu;
2. Do przedmiotu zamówienia przynależy także transport, rozładunek posadowienie i instalacja urządzenia w siedzibie zamawiającego oraz przeprowadzenie, szkolenia z jego obsługi dla pracowników Zamawiającego.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Wykonawcy zobowiązani są do zabezpieczenia oferty poprzez wniesienie wadium w kwocie **10000** zł (dziesięć tysięcy złotych).
5. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia.
6. Uwaga: Informacja o dokumentach/oświadczeniach i wzorach wymaganych od Wykonawców, została zawarta w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia - "Wykaz oświadczeń, dokumentów i wzorów wymaganych od Wykonawców".
7. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem platformy Logintrade dokumentów i oświadczeń wymienionych w załączniku nr 4 w szczególności karty katalogowej, referencji dostawy, wypełnionego oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz wypełnionego formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wskazania oferty najkorzystniejszej albo do jego unieważnienia bez podawania przyczyn, na każdym etapie postępowania.

9. Zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnień oferty oraz do wyjaśnień jej treści.
10. Wykonawca zobowiązany jest podać na platformie cenę brutto za oferowaną część zamówienia, natomiast formularz ofertowy powinien być wypełniony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Porównanie ofert odbędzie się na podstawie ceny brutto z formularza ofertowego.
11. Po otwarciu ofert zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, a w przypadku jednej oferty negocjacje, podczas których Wykonawcy będą mogli polepszyć ofertę cenową.
12. Zmiana ceny oferty jest możliwa li tylko na etapie aukcji elektronicznej albo negocjacji. W toku aukcji albo negocjacji Wykonawca nie może zaoferować ceny wyższej niż w pierwotnie złożonej ofercie.
13. Po zakończeniu aukcji Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę składa ponownie formularz oferty, podpisany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 4 do ogłoszenia, zawierający łączną cenę brutto zaoferowaną podczas aukcji.
14. Wykonawcy proszeni są o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZWiK sp. z o. o. zawartą w załączniku nr 6 do ogłoszenia
15. Termin związania ofertą liczony jest od dnia składania ofert określonego przez Zamawiającego na platformie Logintrade.
16. Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 60%

   Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

   Cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badanej x 60%

2. Kryteria pozacenowe – łącznie 40%:

a. Szybkość skanowania w trybie MRM (wymaganie co najmniej 700 par MRM/s) **4%**

   Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

   Szybkość oferty badanej / największa szybkość z ofert x 4%

b. Maksymalny przepływ cieczy w źródle jonów (wymaganie co najmniej 2500 µL/min bez podziału strumienia) **12%**

   Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

   Max przepływ oferty badanej / największa przepływ z ofert x 12%

c. Maksymalna temperatura gazu osuszającego (Zamawiający wymaga - nie niższa niż 700°C) **4%**

   Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

   Max temperatura oferty badanej / największa temperatura z ofert x 4%

d. Funkcjonalność spektrometru mas można rozszerzyć o wykonywanie pomiarów MS3 / MRM3 z możliwością wyboru jonu fragmentacyjnego w trakcie obydwu reakcji fragmentacji **20%**

   Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą:

- Funkcjonalność spektrometru mas **można** rozszerzyć o wykonywanie pomiarów

MS3 / MRM3 z możliwością wyboru jonu fragmentacyjnego w trakcie obydwu reakcji fragmentacji 20%
- Funkcjonalność spektrometru mas **nie pozwala** rozszerzyć o wykonywanie pomiarów MS3 / MRM3 z możliwością wyboru jonu fragmentacyjnego w trakcie obydwu reakcji fragmentacji 0%

Parametry urządzenia podlegające ocenie Wykonawca ujawnia w formularzu oferty, nie mniej muszą one być potwierdzone także w dołączonej do oferty karcie katalogowej.

17. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta która uzyska łącznie (suma) najwyższą liczbę punktów w kryteriach pozacenowych i w kryterium cena złożoną na etapie aukcji elektronicznej albo negocjacji szczegółowe zasady oceny oferty znajdują się w załączniku nr 9 do ogłoszenia.
18. Do etapu aukcji elektronicznej zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania oraz których oferty nie będą podlegać odrzuceniu.
19. Adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w systemie jest adresem wiążącym do celów korespondencji w toku postępowania, tym samym po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek bieżącego monitorowania tej skrzynki mailowej oraz zapoznawania się z informacjami i komunikatami generowanymi przez system.
20. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji bądź negocjacji. W sytuacji określonej w zdaniu powyżej bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
21. Wsparcie techniczne dla Wykonawców (m.in. logowanie na platformie, składanie ofert, udział w aukcji) dostępne jest telefonicznie po nr: +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; pn-pt: 8:00 -16:00; albo e-mail: helpdesk@logintrade.net
22. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości poniżej progów unijnych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udzielanym w trybie zamówienia elektronicznego na platformie zakupowej LOGINTRADE.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	chromatograf		1	komplet	narzędzia pomiarowe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Jakość produktu	0.4	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie